



DTX Studio™ Clinic

Версия 1.5

Руководство пользователя

Оглавление

Введение	6
Отказ от ответственности	6
Описание компонента	6
Назначение	6
Назначение / показания к применению	6
Целевые группы пользователей и пациентов	7
Требования по совместимости с другими устройствами	7
Интраоральные датчики	7
Интраоральные камеры	7
Интраоральное сканирование	7
Программное обеспечение	7
Устройства с функцией измерения / эксплуатационные характеристики	7
Противопоказания	7
Кибербезопасность	7
Совместимость	8
Функциональная совместимость	8
Предполагаемый срок службы	8
Эксплуатационные требования и ограничения	8
Клинические преимущества и нежелательные побочные эффекты	8
Материалы и обучение	8
Уведомление о серьезных инцидентах	8
Профессиональное использование	9
Требования к системе	9
Установка программного обеспечения	9
Инструкции по использованию	9
Предупреждения, предостережения и меры предосторожности	10
Предупреждения	10
Предостережения / меры предосторожности	12
Требования к системе	14
Операционные системы	14
Устройства	14
Запуск	15
Запуск программного обеспечения	15
Закрытие программного обеспечения	15
Структура страницы DTX Studio™ Home (Главный экран)	15

Обзор области уведомлений	16
Настройка параметров	16
Регулировка настроек страницы DTX Studio Home по умолчанию	16
Импорт или экспорт настроек	16
Изменение языка и формата даты/времени	17
Настройка параметров соответствия DICOM	17
Настройка фильтров изображений по умолчанию	17
Отключение автоматического вращения интраоральных изображений	18
Отключение автоматически установленных значений яркости и контрастности	18
Установка соединения с DTX Studio Core	18
Добавление приложения на панель действий	19
Работа с системами управления клиникой (Practice Management System, PMS)	19
Добавление устройства, поддерживаемого TWAIN	19
Настройте назначенную папку для обнаружения изображений, полученных на устройствах сторонних производителей.	20
Настройка папок для экспорта по умолчанию	20
Учебные ресурсы и обращение в службу поддержки	20
Просмотр всех учебных ресурсов и клавиш быстрого доступа на клавиатуре	20
Обращение в службу поддержки клиентов	20
Обзор основных функций	21
Записи пациентов	22
Создание новой записи пациента	22
Управление записями пациентов	22
Управление параметрами конфиденциальности	22
Поиск и сортировка записей пациентов	23
Сортировка списка пациентов	23
Поиск пациента	23
Экспорт записи пациента	23
Управление данными	24
Импорт данных	24
Импорт изображений из устройств сторонних производителей	24
Перетаскивание изображений и файлов в запись пациента	24
Импорт данных из DTX Studio Clinic	24
Импорт трехмерных рентгеновских снимков	24
Импорт интраоральных сканов	25
Импорт моделей лица	25
Импорт 2D-изображений	25
Импорт данных из программного обеспечения 3Shape Dental Desktop	25
Импорт плана операции	26

Совместное использование данных	26
Совместный доступ к данным пациента через DTX Studio Go	26
Предоставление доступа к 3D-презентации	27
Экспорт данных	27
Экспорт записи пациента	27
Экспорт данных пациента	28
Экспорт плана имплантата в X-Guide	28
Запрос на сканирование	29
Планирование сканирования	29
Поиск и сортировка запросов на сканирование	29
Сортировка списка запросов на сканирование	29
Поиск запроса на сканирование	30
Управление запросами на сканирование	30
Рабочие процессы сканирования	30
Определение рабочего процесса сканирования	30
Применение рабочего процесса сканирования	31
Выполнение сканирования	32
Запланированное сканирование	32
Выполнение немедленного сканирования	32
Получение изображений по шаблону с помощью интраоральных датчиков или сканеров фосфорных пластин	32
Свободное получение изображений с помощью интраоральных датчиков или сканеров фосфорных пластин	33
Получение изображений по шаблону с помощью интраоральных камер	34
Произвольное получение изображений с помощью интраоральных камер	34
Интраоральное сканирование	35
Сканер 3Shape TRIOS®	35
Сканеры DEXIS и Medit	35
Получение данных интраорального сканирования	35
Повторный просмотр сканирования	36
Возобновление сканирования с DEXIS IS ScanFlow	36
Включение расширенных функций ScanFlow	36
Постановка диагноза или планирование лечения	37
Структура страницы DTX Studio Clinic	37
Работа с меню пациента	38
Параметры меню	38
Действия	38
Схема зубов	38
Редактирование схемы зубов	39
Данные диагноза	39
Установка фона в программе для просмотра 3D-изображений и интраоральных моделей	39
Установка масштаба изображения по умолчанию	40

Работа в программах для просмотра изображений	40
Рабочие области	41
Настройка рабочих областей	44
Отображение всей информации о зубах с помощью функции SmartFocus™	45
Настройка просмотра с помощью SmartLayout™	45
Слияние интраоральных моделей с 3D-рентгенограммами	45
Использование панели эскизов	46
Добавление заключений диагностики	46
Схема зубов на панели SmartPanel™	46
Корректировка срезов	47
Обрезка 3D объема	47
Использование стоматологических интраоральных камер в рабочих областях	47
Инструменты	48
Отчеты	53
Создание отчетов	53
Добавление логотипов клиники	53
Открытие приложения DTX Studio™ Implant	53
Установка соединения DTX Studio Clinic и DTX Studio Implant	53
Запуск приложения DTX Studio Implant	54
Заказы и совместная работа с партнерами	54
Заказ плана операции, хирургического шаблона или реставрации	54
Настройка соединения с партнером	55
Размещение заказа непосредственно у партнера	55
Просмотр клинического случая партнера или добавление новых данных	55
Обнаружение области фокусировки	56
Что такое обнаружение области фокусировки?	56
Использование инструмента «Обнаружение области фокусировки»	56

Введение

Отказ от ответственности

Данный продукт является частью общей концепции и может применяться только с соответствующими оригинальными компонентами согласно инструкциям и рекомендациям Nobel Biocare, именуемой в дальнейшем «Компания». Нерекомендуемое применение продуктов сторонних производителей в сочетании с продуктами Компании аннулирует любые гарантии или другие явные или подразумеваемые обязательства. Пользователь отвечает за определение пригодности того или иного продукта для конкретного пациента и в конкретной клинической ситуации. Компания отказывается от любых явных или подразумеваемых обязательств и не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, ущерб, связанный с возмещением убытков, или другие виды ущерба, возникающие вследствие любых ошибок при принятии профессиональных решений или в профессиональной практике при использовании таких продуктов. Кроме того, пользователь обязан регулярно изучать последние разработки, касающиеся данного продукта и его применения. В случае сомнений пользователю необходимо обратиться в Компанию. Поскольку утилизация данного продукта находится под контролем пользователя, он несет ответственность за ее выполнение. Компания не принимает на себя ответственность за возникающий вследствие этого ущерб. Обратите внимание: определенная продукция, указанная в этом руководстве пользователя, может быть разрешена к применению, представлена или лицензирована для продажи не во всех странах.

Прежде чем приступить к работе с приложением DTX Studio Clinic, внимательно прочтите инструкцию по применению и сохраните ее для будущего использования. Обратите внимание, что информация в этом документе нацелена на то, чтобы помочь вам ознакомиться с приложением и приступить к работе.

Описание компонента

DTX Studio Clinic — это программный интерфейс для стоматологов и врачей, используемый для оперативного анализа данных 2D- и 3D-изображений при лечении стоматологических, черепно-челюстно-лицевых и сопутствующих патологий. DTX Studio Clinic отображает и обрабатывает снимки с различных устройств, например интраоральных рентгеновских систем, КЛК-томографов, интраоральных сканеров, интраоральных и экстраоральных камер.

В DTX Studio Clinic используется алгоритм определения области фокусировки на базе искусственного интеллекта, который анализирует интраоральные рентгенограммы для выявления потенциальных стоматологических патологических изменений или артефактов. Обнаруженные области фокусировки могут быть впоследствии преобразованы в выявленные патологические изменения после утверждения пользователем.

Назначение

Данное программное обеспечение предназначено для поддержки процесса диагностики и планирования стоматологических и черепно-челюстно-лицевых процедур.

Назначение / показания к применению

DTX Studio Clinic — это программное обеспечение для получения, переноса и анализа изображений полости рта и черепно-челюстно-лицевой области, а также управления данной информацией. Его можно использовать как вспомогательный инструмент при обнаружении предполагаемых стоматологических патологических изменений и для моделирования ортопедических решений.

Данное ПО позволяет отображать и обрабатывать цифровые снимки, полученные из различных источников, в целях диагностики и планирования лечения. С его помощью можно хранить и передавать изображения в рамках системы или распределенных компьютерных систем.

Целевые группы пользователей и пациентов

DTX Studio Clinic используется междисциплинарной командой специалистов для оказания им поддержки при лечении пациентов, которым проводятся стоматологические, черепно-челюстно-лицевые или сопутствующие процедуры.

Требования по совместимости с другими устройствами

Экосистема DTX Studio совместима с наиболее часто используемыми операционными системами Windows и Mac, включая последние версии.

Интраоральные датчики

DEXIS™ Titanium, DEXIS Platinum, GXS-700™, DEXIS IXS™, Gendex™ GXS-700.

Интраоральные камеры

DEXIS DexCAM™ 4 HD, DEXIS DexCAM 3, DEXIS DexCAM 4, Gendex GXC-300™, KaVo DIAGNOcam™ Vision Full HD, KaVo DIAGNOcam, CariVu™, KaVo ERGOcam™ One.

Интраоральное сканирование

Совместимость с программным обеспечением MEDIT Link Software* и MEDIT Scan для DTX Studio*, которое поддерживает интраоральные сканеры MEDIT™ i500/X 500, MEDIT i700/X 700 или другие совместимые модели.

Совместимость с программным обеспечением DEXIS™ IS ScanFlow*, которое поддерживает интраоральные сканеры CS 3600/DEXIS IS 3600, CS 3700/DEXIS IS 3700, CS 3800/DEXIS IS 3800 или другие совместимые модели.

Программное обеспечение

DTX Studio Core*, DTX Studio Implant, DTX Studio Go, DTX Studio Lab*, CyberMed OnDemand3D™*, Osteoid (ранее Anatomage) InVivo™.

* Решение доступно только для операционной системы Windows.

Устройства с функцией измерения / эксплуатационные характеристики

Точность и прецизионность измерений — 0,1 мм для линейных измерений и 0,1 градуса для угловых измерений на основе данных (конусно-лучевой) компьютерной томографии, полученных в соответствии с инструкциями по эксплуатации томографов, с размером воксела 0,5 мм x 0,5 мм x 0,5 мм.

Для указанных пользователем точек программное обеспечение DTX Studio Clinic показывает значения, округленные до одного знака после запятой.

Противопоказания

Н/д

Кибербезопасность

На компьютере, на котором будет использоваться программное обеспечение DTX Studio Clinic, рекомендуется установить последнюю версию антивирусного программного обеспечения и программы для защиты от вредоносного ПО, а также правильно настроить брандмауэр.

Кроме того, всегда блокируйте компьютер, когда он остается без присмотра. В противном случае доступ к информации о диагнозе, планировании и лечении могут получить третьи лица, которые не должны пользоваться системой.

Настоятельно не рекомендуется запускать DTX Studio Clinic с правами администратора. Невыполнение этого требования может привести к непреднамеренному запуску вредоносных сторонних исполняемых файлов.

Совместимость

Программное обеспечение DTX Studio Clinic подключается к другим медицинским изделиям и совместимо с предыдущими версиями DTX Studio Clinic.

Функциональная совместимость

Программное обеспечение DTX Studio Clinic совместимо с:

- DTX Studio Core
- DTX Studio Implant
- DTX Studio Go
- DTX Studio Lab
- CyberMed OnDemand3D
- MEDIT Scan для DTX Studio
- Medit Link
- DEXIS IS ScanFlow

Предполагаемый срок службы

Предполагаемый срок службы программного обеспечения — три года. При использовании в поддерживаемых операционных системах программное обеспечение будет продолжать работать в соответствии с назначением.

Эксплуатационные требования и ограничения

Важно использовать DTX Studio Clinic только с одобренными операционными системами. Для получения дополнительной информации см. [Требования к системе](#) в руководстве пользователя.

Клинические преимущества и нежелательные побочные эффекты

DTX Studio Clinic является компонентом системы для стоматологического или черепно-челюстно-лицевого лечения. Врачи могут использовать это программное обеспечение в целях диагностики и планирования лечения.

Нежелательных побочных эффектов при использовании DTX Studio Clinic не выявлено.

Материалы и обучение

Стоматологам, как начинающим работать с имплантатами, протезированием и соответствующим программным обеспечением, так и опытным специалистам, настоятельно рекомендуется пройти специальное обучение, прежде чем начинать использовать новый метод лечения.

Nobel Biocare предлагает широкий выбор курсов для специалистов с различным уровнем знаний и опыта.

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите наш сайт по обучению tw.dtxstudio.com.

Уведомление о серьезных инцидентах

Если во время использования этого компонента или в результате его использования произошел серьезный инцидент, сообщите об этом производителю и в компетентный орган государственной власти. Контактная информация производителя этого компонента для сообщения о серьезном инциденте:

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

Профессиональное использование

Программное обеспечение DTX Studio Clinic предназначено только для профессионального использования.

Требования к системе

Рекомендуем ознакомиться с разделом [Требования к системе](#) перед началом установки программного обеспечения. Чтобы получить информацию о минимальных и (или) рекомендуемых требованиях, обратитесь в службу поддержки. У новых версий программного обеспечения могут быть более высокие требования к оборудованию или операционной системе.

Установка программного обеспечения

Чтобы получить информацию об установке программного обеспечения, обратитесь к уполномоченному техническому специалисту или в службу поддержки.

Инструкции по использованию

Подробную информацию о том, как использовать это программное обеспечение, см. в подробных инструкциях, приведенных далее в данном руководстве пользователя.

Предупреждения, предостережения и меры предосторожности

Предупреждения

В программном обеспечении отображаются указанные ниже предупреждения.



- Имя в файлах DICOM отличается от имени пациента.
Чтобы снизить риск использования неправильных данных для создания модели анатомии пациента, убедитесь, что фамилия и имя пациента соответствуют данным, внесенным в DICOM-файл.
- Не удастся добавить 3D рентгеновский снимок к текущему диагнозу.
Текущий диагноз содержит 3D рентгеновский снимок, по которому прописан план операции. Создайте новый диагноз, чтобы импортировать 3D снимок.
- Не удастся добавить план операции к текущему диагнозу.
Выберите план операции, подготовленный на основе 3D рентгеновского снимка, который включен в текущий диагноз.
- При экспорте изображений в 8-разрядном формате может быть снижена точность.
Рекомендуется экспортировать изображения в другом формате, чтобы сохранить их качество.
- Не подвергайте пациента облучению.
Не удалось привести устройство в состояние готовности. В этом состоянии устройство не принимает рентгеновское излучение. Попробуйте повторно подключить или перезапустить устройство. Если решить проблему не удастся, обратитесь в службу поддержки клиентов соответствующего устройства.
- Подготовка датчика к следующему сканированию. Пожалуйста, подождите.
Сейчас устройство повторно приводится в готовность. В этом состоянии устройство не принимает рентгеновское излучение.
- Проверьте параметры запроса на сканирование на устройстве.
Перед сканированием пациента обязательно проверьте параметры на устройстве.
- Не рекомендуется изменять план лечения без использования актуальных форм имплантатов.
Актуальные формы можно скачать здесь: DTX Studio Go.
- Изображение перевернуто.
Это предупреждение отображается для снимков, которые переворачиваются (зеркально отражаются по горизонтали или вертикали) пользователем вручную.
- Автоматическая сортировка интраоральных изображений (MagicAssist™) предназначена для использования только для изображений постоянных зубов без геминации, скученности и макродентии.
Снижает риск использования инструмента MagicAssist на неподходящих снимках пациентов.



- Обратите внимание: между программным обеспечением DTX Studio Clinic и X-Guide могут существовать различия в визуализации данных (например, ориентация окна просмотра, цвета объектов), а также тексте предупреждений.

- Неподдерживаемые имплантаты.

DTX Studio Clinic может экспортировать в X-Guide™ не все имплантаты. Неподдерживаемые имплантаты не будут включены в файл X-Guide.

- Имплантат расположен слишком близко к аннотированной анатомической структуре.

Планируемое место установки имплантата слишком близко к аннотированной анатомической структуре (например, аннотированному нерву). Убедитесь, что имплантат не задевает анатомическую структуру.

- Коллизия имплантатов.

Происходит коллизия нескольких имплантатов. Это может вызвать проблемы во время операции. Рекомендуется пересмотреть план лечения.

Кроме того, в DTX Studio Clinic отображается ряд технических предупреждений (например, несогласованные данные КТ).

Пользователям необходимо следовать инструкциям и техническим уведомлениям программного обеспечения, чтобы снизить риск возникновения неточностей при сканировании.

Автоматическая сортировка интраоральных изображений (MagicAssist) предназначена для использования только для изображений постоянных зубов без геминации, скученности и макродентии.

Врач не должен полагаться исключительно на данные, полученные при определении области фокусировки, ему следует выполнять полный систематический обзор и интерпретацию всего набора данных пациента и использовать другие методики дифференциальной диагностики.

Определение области фокусировки ограничено изображениями, на которых возможно выполнение такого определения.

Автоматическое определение области фокусировки предназначено только для изображений постоянных зубов без геминации, скученности и макродентии.

Предостережения / меры предосторожности



- Пользователям рекомендуется пройти обучение перед началом работы по новому методу лечения или при использовании нового оборудования.
- Рекомендуем, чтобы при первом использовании этого компонента или метода лечения присутствовал специалист с опытом применения нового компонента или метода лечения. Это поможет избежать возможных осложнений.
- Пользователь должен убедиться, что движения пациента во время сканирования сведены к минимуму. Это снизит риск неверного сканирования.
- Недостаточный уровень знаний и плохое понимание принципов работы данного программного обеспечения могут привести к задержке или изменению графика диагностики и планирования или фактического лечения.
- При использовании инструментов диагностики и планирования, предусмотренных в программном обеспечении, важно обратить особое внимание на следующие моменты:
 - правильность созданных показаний (визуализации, измерения, основные структуры, импортированные данные, планирование имплантата);
 - правильность результатов при применении автоматизированных функций (совмещение моделей зубов, автозаполнение отверстий и сегментация дыхательных путей);
 - верный идентификатор пациента (после открытия записи пациента через PMS-системы и при создании запросов на сканирование);
 - актуальность данных.

В противном случае увеличивается риск необходимости пересмотра диагноза и планирования или лечения, что, в свою очередь, может привести к задержке или изменению графика диагностики и планирования или фактического лечения.

- Рекомендуется проявлять особую осторожность при работе с устройствами для получения изображений. Неправильное использование этих устройств может привести к задержке или изменению графика диагностики и планирования или лечения, а также к избыточному воздействию радиации на пациента.
- При экспортировании отчета или данных пациента из программного обеспечения важно помнить, что данные, которые не были обезличены, могут быть использованы злоумышленниками без согласия пациента.
- Рекомендуется обращать особое внимание на присвоенные номера зубов и ориентацию изображения при просмотре. Присвоение некорректного номера зуба или ошибка ориентации пациента могут привести к ошибочным действиям в ходе лечения.
- После обновления программного обеспечения рекомендуется проверить наиболее важные настройки открытых клинических случаев и (или) плана лечения, чтобы убедиться, что при изменении версии программного обеспечения эти настройки остались правильными. Изменение настроек может привести к задержке или изменению графика диагностики и планирования или фактического лечения.



- На компьютере, на котором будет использоваться программное обеспечение DTX Studio Clinic, рекомендуется установить последнюю версию антивирусного программного обеспечения и программы для защиты от вредоносного ПО, а также правильно настроить брандмауэр. Кроме того, всегда блокируйте компьютер, когда он остается без присмотра. В противном случае доступ к информации о диагнозе, планировании и лечении могут получить третьи лица, которые не должны пользоваться системой.
- Рекомендуется уделить особое внимание планированию созданного имплантата и расположению имплантатов относительно друг друга и других важных анатомических структур. Кроме того, всегда следите, чтобы для экспорта было выбрано правильное планирование имплантата и чтобы экспортированный план имплантата содержал всю необходимую для имплантации информацию.

В противном случае увеличивается риск необходимости пересмотра диагноза и планирования или лечения, что, в свою очередь, может привести к задержке или изменению графика диагностики и планирования или фактического лечения.

Требования к системе

Операционные системы

- Windows® 64-bit (версии Pro и Enterprise):
 - Windows 10
 - Windows 11
- Mac на базе Intel (*):
 - macOS Big Sur (11)
 - macOS Monterey (12)
- Apple Silicon Mac (чип M1 или выше):
 - macOS Big Sur (11)
 - macOS Monterey (12)

Устройства

- Стационарный компьютер на базе Windows
- Ноутбук на базе Windows
- iMac®, Mac® Mini, Mac Pro®, MacBook Pro®, MacBook Air® (*)

* Видеокарты некоторых конфигураций MacBook Air® и Mac® Mini имеют ограничения в отношении объемного рендеринга. Рассмотрите возможность объемного рендеринга с низким разрешением.

	Базовая конфигурация (только 2D-визуализация)	Рекомендуемая конфигурация (2D- и 3D-визуализация с лучшей производительностью)
Центральный процессор	Двухъядерный или четырехъядерный	Четырехъядерный процессор 2,8 ГГц (Intel Core i5 или i7)
ОЗУ	4 ГБ	8 ГБ или больше
Видеокарта	Дискретная видеокарта начального уровня или интегрированная видеокарта Intel. Поддержка ЦП Intel* 6-го поколения или более новых (со встроенными ГП 9-го поколения или более новыми) требуется поддержка OpenGL® 3.3**.	Дискретная видеокарта с оптимальной поддержкой 3D (OpenGL 3.3) и объемом памяти 2 ГБ или более (например, AMD или NVIDIA). Для дисплеев 4K: объем памяти 4 ГБ или больше. Дискретная видеокарта начального уровня или интегрированная видеокарта Intel. Поддержка ЦП Intel* 6-го поколения или более новых (со встроенными ГП 9-го поколения или более новыми) требуется поддержка OpenGL® 3.3**.
Место на диске	10 ГБ свободного места на диске для установки, а также место для пользовательских данных. В среднем данные одного пациента с 2D-изображениями в программе DTX Studio Clinic занимают около 10 МБ.	10 ГБ свободного места на диске для установки, а также место для пользовательских данных. В среднем данные одного пациента с 3D-изображениями в программе DTX Studio Clinic занимают около 250 МБ.
Сеть	Широкополосное подключение к интернету со скоростью выгрузки 3 Мбит/с и скоростью загрузки 30 Мбит/с. Рекомендуется постоянное подключение к сети Интернет. Если это невозможно, соединение следует устанавливать не реже одного раза в 14 дней, поскольку в ином случае ваш доступ к приложению DTX Studio Clinic может быть временно приостановлен.	
Жесткий диск	Программное обеспечение DTX Studio Clinic устанавливается на устройствах Mac только на диск HFS+ или HFSJ без учета регистра.	
Монитор	Full HD (1920 x 1080) или выше. Информация может не отображаться, если используется масштабирование дисплея. По этой причине эквивалентное масштабированное разрешение должно быть не ниже 1920 x 1080.	
Локальная сеть	Если DTX Studio Clinic устанавливается вместе с DTX Studio Core, рекомендуется использовать локальную сеть Gigabit Network.	

* Чтобы обеспечить наилучшую производительность, всегда используйте последнюю версию драйвера интегрированной видеокарты от Intel для соответствующей модели.

** Чтобы проверить версию OpenGL® вашей видеокарты, перейдите по ссылке <http://realtech-vr.com/admin/glvie>.

Запуск

Запуск программного обеспечения

1. Откройте DTX Studio Clinic:
 - В Windows: дважды щелкните значок ярлыка 📁 на рабочем столе.
 - В macOS: щелкните по значку 📁 в папке приложения Finder или в Dock.
2. Выберите пользователя.
3. Введите пароль.
4. Нажмите **Войти**.

Примечания

Если в DTX Studio Go настроена двухфакторная аутентификация, каждые 30 дней потребуется дополнительно вводить шестизначный проверочный код для входа в систему.

Программному обеспечению DTX Studio Clinic требуется постоянное подключение к интернету. Если это невозможно, соединение следует устанавливать не реже одного раза в 14 дней, поскольку в ином случае ваш доступ к приложению DTX Studio Clinic может быть временно приостановлен.

Закрытие программного обеспечения

Обязательно закройте все активные экземпляры DTX Studio Clinic и модуля сканирования*.

Нажмите **Меню** и выберите **Закреть приложение**.


Примечание

При нажатии кнопки закрытия ✕ программное обеспечение продолжает работать в фоновом режиме, чтобы обеспечить синхронизацию данных и более быструю реакцию при повторном открытии DTX Studio Home / DTX Studio Clinic.

* Модуль может быть лицензирован.



Структура страницы DTX Studio™ Home (Главный экран)








DTX Studio Home — это рабочая область, в которой вы выбираете записи пациентов, запросы на сканирование, заказы и общие настройками, а также управляете ими.



- 1 Боковая панель
- 2 Список пациентов
- 3 Панель действий
- 4 Панель сведений

Обзор области уведомлений



Значок  в области уведомлений служит для доступа к настройкам  страницы DTX Studio Home и перечисленным ниже вкладкам.

- **Уведомления:** здесь показаны записи пациентов, которые загружаются в программу DTX Studio Core или синхронизируются с ней.
- **DTX:** служит для быстрого перехода к DTX Studio Core , DTX Studio Go , Exposure reports*, QuickPrescribe*, Scan Center* или к связанному приложению сторонних производителей.
- **Устройства:** здесь перечислены назначенные папки для импорта изображений, полученных на устройствах сторонних производителей, отображаются устройства для получения данных и их статусы (подключено через USB или TWAIN , в сети , запущено  или не в сети ). Нажмите  для доступа к настройкам устройства, настройкам импорта в папки или для отключения ненужных устройств.

* Необходима система DTX Studio Core.

Настройка параметров


Регулировка настроек страницы DTX Studio Home по умолчанию

1. Щелкните значок **Меню** .
2. Нажмите **Настройки** .

Импорт или экспорт настроек

Создайте или импортируйте файл настроек, в котором содержатся заданные настройки. Эта функция может пригодиться для экспорта настроек при установке программного обеспечения на новое устройство, обмена настройками с другими пользователями DTX Studio Clinic или создания резервной копии.

Примечание

Подробный обзор этой темы можно найти в разделе «Поделиться настройками» файлов справки. Нажмите  и выберите **Справка**.

На боковой панели **Настройки** страницы DTX Studio Home нажмите **Поделиться настройками**.

- Чтобы импортировать файл настроек, нажмите **Обзор** в разделе **Импорт**. Выберите файл настроек и нажмите **Сохранить**. Чтобы подтвердить, нажмите **Импорт**.
- Чтобы экспортировать файл настроек, нажмите **Обзор** в разделе **Экспорт**. При необходимости измените имя файла и нажмите **Сохранить**. Чтобы подтвердить, нажмите **Экспорт**.

Изменение языка и формата даты/времени

Чтобы настроить язык, формат даты и формат времени, выполните следующие действия.

1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home нажмите [Общие](#).
2. Выберите формат даты и времени в списках [Краткий формат даты](#), [Полный формат даты](#) и [Формат времени](#).
3. Выберите предпочитаемый язык из списка [Язык приложения](#).
4. Нажмите [ОК](#).
5. Чтобы применить изменения, перезапустите приложение DTX Studio Clinic.

Настройка параметров соответствия DICOM

Чтобы обеспечить соответствие стандарту DIN 6862-2, введите информацию об учреждении. При экспорте файла DICOM предоставленная информация об учреждении заменяет пустые теги.

1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home нажмите [Общие](#).
2. Выберите параметр [Использовать стандарт DIN 6862-2](#).
3. Предоставьте запрашиваемую информацию об учреждении.
4. Нажмите [ОК](#).

Примечание

При импорте и экспорте совместимого файла DICOM теги DIN 2020 всегда сохраняются.

Настройка фильтров изображений по умолчанию

Чтобы установить фильтры изображений по умолчанию в программе для просмотра на странице DTX Studio Home и в DTX Studio Clinic выполните указанные ниже действия.

1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home или на боковой панели параметров в DTX Studio Clinic нажмите [Настройки изображения](#).
2. В списке [Параметры изображений по умолчанию](#) выберите тип изображения, для которого вы хотите задать параметры фильтров по умолчанию.

Примечание

Чтобы установить собственные значения для фильтра Gamma, выберите [Ортопантограмма](#), [Интраоральные снимки](#) или [Цефалограмма](#) в списке [Параметры изображений по умолчанию](#). Установите для параметра Gamma значение [Ручной ввод](#).

3. Выберите фильтры, которые будут использоваться по умолчанию для выбранного типа изображения, и с помощью ползунка задайте процент фильтра.
4. Нажмите [ОК](#).

Если вы хотите вернуться к исходным значениям по умолчанию, нажмите [Сброс](#).

Отключение автоматического вращения интраоральных изображений

При выполнении немедленного сканирования изображения ротовой полости автоматически поворачиваются в правильную позицию. Чтобы отключить эту функцию:

1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home или на боковой панели параметров в DTX Studio Clinic нажмите [Настройки изображения](#).
2. Снимите флажок [Автоматически поворачивать изображения, захваченные с помощью DTX Studio](#).

Отключение автоматически установленных значений яркости и контрастности

При импорте или получении 2D-изображения значения уровня и ширины окна визуализации устанавливаются автоматически. Чтобы отключить эту функцию:

1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home или на боковой панели параметров в DTX Studio Clinic нажмите [Настройки изображения](#).
2. В раскрывающемся меню в правом верхнем углу выберите [Ортопантомограмма](#), [Интраоральные снимки](#) или [Цефалограмма](#).
3. Снимите флажок [Автоматический уровень окна](#).
4. Введите собственные значения уровня и ширины окна визуализации.
5. Нажмите [ОК](#).

Установка соединения с DTX Studio Core

DTX Studio Core — это программное обеспечение для централизованного структурированного хранения и получения данных и изображений пациентов (2D и 3D рентгеновских снимков, КЛКТ, оптических сканов зубов, фотографий), которое обеспечивает непосредственный доступ к данным с любого компьютера стоматологической клиники.

- При установленном соединении с DTX Studio Core программу DTX Studio Clinic можно использовать в сетевой среде для получения изображений с других поддерживаемых устройств, подключенных к сети Ethernet, и устройств 3Shape TRIOS®.
- Соединение с DTX Studio Core требуется для работы с сетевыми устройствами, запросами на сканирование, а также для доступа к рентгенологическим отчетам.

Чтобы установить соединение с системой DTX Studio Core:

1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home нажмите [Core](#).
2. Введите [URL](#) (веб-адрес), [Имя пользователя](#) и [Пароль](#) для системы DTX Studio Core.
3. Нажмите [Подключение](#).

Добавление приложения на панель действий

Чтобы добавить ярлык приложения на панель действий, выполните следующие шаги.

1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home нажмите [Быстрый запуск](#).
2. Нажмите [Добавить](#).
3. Выберите исполняемый файл и нажмите [Открыть](#).
4. При необходимости измените [Название приложения](#).
5. Вы можете выбрать вариант [Запускать с данными пациента](#), чтобы запускать приложение стороннего производителя с данными пациента.
 - Укажите, какие данные экспортируются, добавив параметры экспорта в поле [Параметры экспорта](#).

Примечание

Обратитесь к разделу «Быстрый запуск» в файлах справки для подробного обзора всех параметров данных пациента.

- Нажмите [Обзор](#), чтобы выбрать расположение для экспортируемых данных.

6. Нажмите [ОК](#).


Работа с системами управления клиникой (Practice Management System, PMS)

Интеграция DTX Studio Clinic с PMS (например, через VDDS или OPP / сеть OPP) позволяет создать запись пациента и получить изображение из PMS.

Вы можете воспользоваться предварительным просмотром изображений PMS на странице DTX Studio Home или просмотреть их непосредственно в DTX Studio Clinic.

1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home нажмите [Интеграция с PMS](#).
2. Выберите [Включить интеграцию с PMS](#).

Примечание

Подробнее см. в разделе «Интеграция с PMS» в файлах справки: Нажмите  и выберите [Справка](#).

Добавление устройства, поддерживаемого TWAIN

1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home нажмите [Устройства](#).
2. Нажмите [Добавить](#).
3. Выберите совместимое с TWAIN устройство.
4. Настройте параметры устройства.
5. Нажмите [Добавить](#).

Настройка назначенной папки для обнаружения изображений, полученных на устройствах сторонних производителей

Чтобы добавить изображения, полученные с помощью сторонних камер или КЛК-томографов сторонних производителей, настройте назначенную папку, в которой будут выявляться новые изображения. Добавляйте их в записи пациента с помощью функции [Захват изображения](#) или из DTX Studio Clinic.

1. Подготовьте настройки камеры:
 - Если возможно, настройте камеру стороннего производителя, КЛК-томограф стороннего производителя или беспроводную SD-карту для хранения изображений в определенной папке.
 - Если изображения хранятся на стандартной SD-карте, вставьте ее и запишите назначенную букву диска.
2. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home нажмите [Устройства](#).
3. Нажмите [Добавить](#).
4. Выберите устройство стороннего производителя и нажмите [Выбрать](#).
5. Нажмите [Обзор](#), чтобы выбрать папку для камеры, и нажмите [Выбрать папку](#).
6. Введите имя.
7. При необходимости измените режим и приоритеты папок.
8. Нажмите [Добавить](#).



Настройка папок для экспорта по умолчанию



Чтобы указать папку для экспорта отчетов, снимков экрана и файлов X-guide по умолчанию, выполните следующие действия:

1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home нажмите [Экспорт](#).
2. Нажмите [Обзор](#) для каждого типа экспорта и выберите папку по умолчанию.


Учебные ресурсы и обращение в службу поддержки

Просмотр всех учебных ресурсов и клавиш быстрого доступа на клавиатуре

Чтобы перейти к справочной документации, инструкциям по применению и клавишам быстрого доступа на клавиатуре, нажмите  и выберите [Справка](#), [Клавиши быстрого доступа на клавиатуре](#) или [Инструкции по применению](#). Или нажмите  в DTX Studio Clinic.








Сайт с обучающими видео и обзором программы можно открыть только в DTX Studio Clinic. Нажмите  или  и выберите [Обучающие видео](#) или [Обзор программы](#).

Обращение в службу поддержки клиентов








Чтобы связаться со службой поддержки клиентов, нажмите  и выберите [Обратиться в службу поддержки](#). Откроется сайт поддержки со всеми вариантами связи.

Обзор основных функций

Чтобы начать работу с основными функциями, выполните следующие действия.



-
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Создайте новую запись пациента или привяжите уже существующую |  Создайте запись пациента в DTX Studio Home (см. стр. 22). |
| | |  Интегрируйте свою систему управления клиникой (см. стр. 19) и привяжите существующую запись пациента из PMS. |
| 2 | Получите или импортируйте данные |  Проведите сканирование или несколько рабочих процессов сканирования (см. стр. 30) или импортируйте изображения, полученные на устройствах сторонних производителей, из назначенных папок (см. стр. 20). |
| | |  Запросите сканирование или несколько рабочих процессов сканирования (см. стр. 30). |
| | |  Перетащите изображения в запись пациента (см. стр. 22). |
| | |  Перенесите данные по запросу (для конфигураций с переносом базы данных) (см. стр. 39). |
| | |  Импорт данных из программного обеспечения 3Shape Dental Desktop (см. стр. 25). |
-

Дальнейшие действия после создания записи пациента и добавления данных:


-
- | | |
|--|---|
| Постановка диагноза и планирование лечения |  Откройте DTX Studio Clinic (см. стр. 37). |
| |  Также можно открыть DTX Studio Implant (см. стр. 53). |
| Совместное использование данных и коммуникация |  Делитесь записями пациентов и данными пациентов через DTX Studio Go (см. стр. 26) или сотрудничайте с партнерами. |
| |  Делитесь с пациентами 3D-презентацией (см. стр. 27). |
| |  Экспорт записи пациента (см. стр. 23). |
| |  Создайте отчет или письмо для пациента (см. стр. 53). |
| Размещение заказов |  Заказывайте реставрацию, хирургический шаблон или план операции (необязательно, см. стр. 54). |
-

Записи пациентов

Создание новой записи пациента







1. Нажмите .
2. Выберите [Создать пациента](#).
3. Введите основные сведения о пациенте, такие как Ф. И. О., дата рождения и пол.
4. Нажмите [Создать](#).
5. Запись пациента будет добавлена в список [Пациенты](#) . Если на странице DTX Studio Home установлено соединение с DTX Studio Core, запись пациента также добавляется в DTX Studio Core.

Управление записями пациентов

Если список пациентов еще не открыт, нажмите на боковой панели [Пациенты](#) .

Примечание


Если рабочая станция не подключена к DTX Studio Core, отображаются только локально сохраненные записи пациентов.

- Записи пациентов, открытые в DTX Studio Clinic на локальной или подсоединенной к сети рабочей станции, отмечены значком .
- Чтобы изменить основные сведения о пациенте, в списке пациентов наведите курсор на запись пациента, нажмите [Дополнительно](#)  и выберите [Редактировать](#) .
- Чтобы удалить выбранную запись пациента, нажмите [Дополнительно](#)  и выберите [Удалить](#) .
- Чтобы убедиться, что запись пациента, сохраненная в DTX Studio Core, доступна и в автономном режиме, нажмите [Дополнительно](#)  и установите переключатель в положение [Доступно в автономном режиме](#).


В области уведомлений ([см. стр. 16](#)) отображены записи пациентов, которые загружаются в программу или синхронизируются с ней.


Управление параметрами конфиденциальности

Чтобы показывать в списке пациентов только инициалы или полностью скрыть список пациентов в целях сохранения конфиденциальности:

1. В списке пациентов нажмите .
2. Выберите [Режим конфиденциальности](#), чтобы отображать только инициалы, или [Скрыть список пациентов](#), чтобы полностью скрыть список.

Примечания

Нажмите  на боковой панели, чтобы повторно отобразить список пациентов.

Режим конфиденциальности сохранится даже при перезапуске приложения DTX Studio Clinic. Чтобы отключить режим конфиденциальности, повторно нажмите  и снимите флажок [Режим конфиденциальности](#).



Поиск и сортировка записей пациентов


Чтобы найти запись пациента, отсортируйте список пациентов или используйте функцию поиска.

Сортировка списка пациентов

1. Щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с заголовком списка пациентов.
2. Выберите [Последний созданный](#), [Последние изменения](#) или [Последнее полученное изображение](#).
3. Снова щелкните раскрывающийся список, чтобы закрыть его.

Поиск пациента

1. В списке пациентов нажмите .
2. Выберите поиск по параметрам [Имя пациента](#), [Дата рождения](#) или [Идентификатор пациента](#).
3. Введите (часть) выбранного параметра поиска в поле [Найти пациента](#) .
4. По мере ввода текста в поле поиска список пациентов фильтруется автоматически.

Чтобы удалить критерии поиска, щелкните значок  в поле поиска.

Экспорт записи пациента

Экпортируйте запись пациента, чтобы вручную пересылать диагнозы и данные изображений другому пользователю DTX Studio Clinic. Кроме того, экспортированную запись пациента можно просмотреть в бесплатной версии DTX Studio Clinic, которую можно скачать через DTX Studio Go. [См. стр. 27](#) для получения более подробной информации.

Примечание


При экспортировании отчета или данных пациента из программного обеспечения важно помнить, что данные, которые не были обезличены, могут быть использованы злоумышленниками без согласия пациента.

Управление данными

Импорт данных

Импорт изображений из устройств сторонних производителей

Чтобы добавлять изображения сторонних камер и КЛК-томографов сторонних производителей, настройте параметры назначенной папки, в которой будут выявляться новые изображения ([см. стр. 20](#)).

1. Выберите запись в списке пациентов или откройте запись пациента в DTX Studio Clinic.
2. Нажмите [Создать изображение](#) .
3. Наведите курсор на имя назначенной папки и нажмите [Выбрать](#).
 - Для 2D-изображений: выберите изображения, которые вы хотите импортировать. Нажмите [Завершить](#).
 - Для 3D КЛК-томографов: выберите 3D-данные, которые вы хотите импортировать. Нажмите [Импорт](#).


Перетаскивание изображений и файлов в запись пациента

1. Перетащите совместимое изображение или файл из проводника в запись пациента.
2. При необходимости измените режим и дату получения.
3. Нажмите [Импорт](#).
4. Изображение или файл добавляются в запись пациента.


Импорт данных из DTX Studio Clinic

Чтобы импортировать данные, нажмите [Импорт](#)  в меню пациента.


Импорт трехмерных рентгеновских снимков

1. Нажмите [Импорт](#)  и выберите [3D рентгенограмма](#).
2. Выберите данные DICOM.
3. Нажмите [Далее](#).
4. Установите изомасштаб.
5. Нажмите [Завершить](#).
6. Если MagicAssist включен (по умолчанию), запускается процесс обнаружения с помощью искусственного интеллекта для автоматической настройки данных КЛК-томографии.
 - Нажмите [Пропустить MagicAssist](#), чтобы позже вручную указать ориентиры и кривую ортопантограммы.
 - Ориентацию 3D-изображения можно оптимизировать с помощью мастера ориентации пациента.
 - Функция OPG Curve ([см. стр. 48](#)) позволяет корректировать 3D ортопантограмму.


Импорт интраоральных сканов

1. Нажмите **Импорт**  и выберите **Интраоральный скан**.
2. Выберите модели интраорального сканирования и при необходимости добавьте сведения о сканировании.
3. Нажмите **Далее**.
4. Нажмите **Завершить**.

Импорт моделей лица

1. Нажмите **Импорт**  и выберите **Модель лица**.
2. Выберите скан лицевой области для импорта.
3. Нажмите **Открыть**.
4. При необходимости измените параметры **Яркость** и **Контрастность**.
5. Нажмите **Готово**.

Импорт 2D-изображений

1. Нажмите **Импорт**  и выберите **2D-изображение**.
2. Выберите изображения и нажмите **Открыть**.
3. Нажмите **ОК**.
4. Выберите изображения, которые хотите добавить.
5. Нажмите **Импорт**.
 - При импорте или получении 2D-изображения значения уровня и ширины окна визуализации устанавливаются автоматически. Чтобы отключить эту функцию, [см. стр. 18](#).
 - Автоматическое обнаружение MagicAssist по умолчанию активировано. Его можно отключить в настройках.

Импорт данных из программного обеспечения 3Shape Dental Desktop

Чтобы импортировать данные сканирования, полученные с помощью интраорального сканера 3Shape TRIOS®, сначала необходимо создать запись пациента на странице DTX Studio Home.

Примечание




Дополнительную информацию о том, как интегрировать интраоральный сканер 3Shape TRIOS, см. в кратком руководстве по приложению DTX Studio Core.

1. Создайте новую запись пациента на странице DTX Studio Home.
Чтобы обеспечить объединение данных сканирования 3Shape:
 - Используйте в точности те же имя, фамилию и дату рождения, которые указаны в существующей записи пациента в 3Shape Dental Desktop.
 - Убедитесь в правильности написания заглавных букв в фамилии и имени пациента, так как при вводе имени учитывается регистр.




Примечания

Ранее импортированные записи пациентов нельзя импортировать повторно. Продублируйте запись пациента в 3Shape Dental Desktop, а затем импортируйте копию записи пациента.

В программном обеспечении DTX Studio Clinic и 3Shape используются не одинаковые идентификаторы записей пациентов. Связь между записями создается на основании подтверждения пользователем идентичности имени, фамилии и даты рождения.

2. Выберите запись в списке [Пациенты](#) .
3. Нажмите [Дополнительно](#) .
4. Выберите [Импорт из 3Shape](#) .
5. При необходимости подтвердите, что запись пациента соответствует записи в 3Shape Dental Desktop.
6. Данные добавляются на вкладку [Данные пациента](#) на панели сведений о пациенте.




Импорт плана операции


1. Выберите запись в списке [Пациенты](#) .
2. Нажмите [Дополнительно](#) .
3. Выберите [Импортировать план операции](#) .
4. Выберите план операции и отчет.
5. Нажмите [Импорт](#).

Совместное использование данных


Совместный доступ к данным пациента через DTX Studio Go

Делитесь данными пациента со стоматологическим кабинетом через [DTX Studio Go](#). При совместном использовании данных пациента на дополнительной вкладке [GoShare](#) отображается обзорный список.

1. На панели действий с записями пациента нажмите [Совместная работа](#) .
2. Выберите, к каким данным нужно предоставить совместный доступ:
 - [Пациент](#) , чтобы предоставить совместный доступ ко всей записи пациента (в собственном зашифрованном формате DTX Studio Clinic), или
 - [Выбрать данные](#) , чтобы предоставить совместный доступ к конкретным данным.
3. Выберите нужные параметры.
4. Нажмите [Продолжить](#).
5. В браузере откроется DTX Studio Go и отобразится созданный случай GoShare. При этом данные загружаются в фоновом режиме.
 - Добавьте примечания в текстовое поле карточки [Prescription](#) (Наряд).
 - Чтобы создать шаблон комментария к наряду, нажмите [Insert quick note](#) (Вставить быстрый комментарий) и выберите [Configure](#) (Настройка). Нажмите [Add quick note](#) (Добавить быстрый комментарий). Добавьте заголовок, введите текст и нажмите [Save](#) (Сохранить). Нажмите [Close](#) (Заккрыть).



- Чтобы изменить изображение наряда или добавить аннотации, наведите курсор на изображение наряда и выберите [Edit prescription](#) (Редактировать бланк наряда). Нажмите [Change image](#) (Изменить изображение), чтобы выбрать другое изображение.
 - Чтобы изменить сведения о пациенте, нажмите  в правом верхнем углу.
 - При необходимости введите дополнительную информацию или загрузите дополнительные файлы КЛК-томографии, клинические изображения, интраоральные изображения, ортопантограммы, отчеты и т. д.
6. Нажмите [Start sharing](#) (Начать обмен информацией).
 7. Выберите подключенное устройство, на которое вы хотите отправить данные пациента. Для этого выполните поиск, выберите существующее соединение в поле [Share with a connection](#) (Отправить на подключенное устройство) или введите адрес электронной почты.
 8. Нажмите [Send](#) (Отправить). Получатель получит уведомление по электронной почте.
 9. Случай, к которому предоставлен доступ другим пользователям, добавляется в [GoShare](#) в обзор записи пациента. Нажмите [Просмотреть клинический случай](#), чтобы открыть случай, к которому предоставлен доступ другим пользователям, в DTX Studio Go.

Предоставление доступа к 3D-презентации

1. В меню пациента в DTX Studio Clinic нажмите [Совместный доступ](#)  и выберите [3D-презентация](#).
2. Выберите нужные параметры:
 - [Включить 3D-данные \(DICOM\)](#): включите необработанные данные DICOM, если этого требует законодательство в вашей стране.
 - [Включить план лечения с применением имплантатов](#): добавить более подробную информацию об имплантате.
3. Нажмите [Совместный доступ](#).
4. 3D-презентация загружается в DTX Studio Go и добавляется к клиническому случаю.
5. Завершите процесс в DTX Studio Go и предоставьте запрошенную информацию.
6. Пациент может получить доступ к 3D-презентации онлайн.
7. 3D-презентация добавляется к данным пациента в записи пациента.


Экспорт данных

Экспорт записи пациента

1. Выберите запись в списке Пациенты.
2. Нажмите [Дополнительно](#) .
3. Нажмите [Экспорт пациента](#) .
4. Выберите диагноз, который вы хотите экспортировать, если применимо.
5. Выберите нужные параметры.


6. Нажмите [Обзор](#), чтобы выбрать место для экспорта данных, и нажмите [Выбрать папку](#).
7. Нажмите [Экспорт](#).

Экспорт данных пациента

1. Перейдите к функции экспорта данных.
 - На странице DTX Studio Home нажмите [Дополнительно ***](#) на панели действий и выберите [Экспорт данных](#).
 - В DTX Studio Clinic нажмите [Экспорт](#)  и выберите [Данные](#).
2. Выберите изображения для экспорта.
3. Нажмите [Обзор](#), чтобы перейти к нужному расположению для экспорта.
4. Нажмите [Выбрать папку](#).
5. Выберите режим экспорта, анонимизацию данных пациента, метаданные и формат файла изображения.
6. Нажмите [Экспорт](#).

Экспорт плана имплантата в X-Guide

Если вы создали план имплантата в DTX Studio Clinic, экспортируйте его в X-Guide.


1. Выберите запись в списке Пациенты.
2. Нажмите [Дополнительно ***](#).
3. Нажмите [Экспорт в X-Guide](#) .
4. Выберите план имплантата, который вы хотите экспортировать, если применимо.
5. Выберите нужные параметры.
6. Нажмите [Обзор](#), чтобы выбрать место для экспорта данных, и нажмите [Выбрать папку](#).
7. Нажмите [Экспорт](#).

Запрос на сканирование

Для работы с запросами на сканирование или создания рабочего процесса сканирования с несколькими протоколами ([см. стр. 30](#)) нужно установить соединение с DTX Studio Core ([см. стр. 18](#)).

Планирование сканирования

Чтобы отправить запрос на сканирование пациента, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите запись в списке Пациенты.
2. Нажмите [Запрос на сканирование](#) .
3. Также можно инициировать рабочий процесс сканирования с несколькими протоколами сканирования ([см. стр. 30](#)).
4. Наведите курсор на плитку устройства и нажмите [Выбрать](#).
5. Заполните соответствующую информацию в форме запроса на сканирование.


Примечание

Форма отличается в зависимости от выбранного режима или выбранного устройства.


- При необходимости измените значения в полях [Дата сканирования](#) и [Запрос от клинициста](#).
 - Если устройство получения изображений поддерживает несколько режимов, выберите необходимый режим: [3D](#), [СЕРН](#) (Цефалограмма), [OPG](#) (Ортопантомограмма), [IOXRAY](#) (2D интраоральный рентгеновский снимок), [IOS](#) (3D интраоральный скан) и/или [IUCAM](#) (интраоральная фотография). Если применимо, выберите программу визуализации.
 - Выберите области сканирования на схеме зубов.
 - Выберите [Пазуха](#), если нужно сканировать пазуху.
 - Если применимо, выберите [Разрешение](#) при получении изображения.
 - Если выбранное устройство является интраоральным, выберите [Шаблон](#) и укажите [Программу визуализации](#).
 - При необходимости добавьте [Примечания к запросу](#) для оператора.
6. Нажмите [Создать запросы на сканирование](#). Запрос на сканирование добавлен.


Поиск и сортировка запросов на сканирование

Сортировка списка запросов на сканирование


1. На боковой панели нажмите [Запросы на сканирование](#) .
2. Щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с заголовком [Запросы на сканирование](#).
3. Выберите сортировку по параметру [По запланированной дате](#) или [По дате создания](#).

Поиск запроса на сканирование

1. Полностью или частично введите запланированную дату или имя пациента в поле [Найти запрос на сканирование](#) .
2. По мере ввода текста в поле поиска список запросов на сканирование фильтруется автоматически. Результаты поиска сортируются по запланированной дате.

Чтобы удалить критерии поиска, щелкните значок  в поле поиска.

Управление запросами на сканирование


Чтобы отредактировать, удалить или пометить запросы на сканирование как завершенные, выберите запрос на сканирование и нажмите . Выберите соответствующее действие.

Рабочие процессы сканирования

Используйте функцию QuickPrescribe, чтобы создать рабочий процесс сканирования, состоящий из нескольких сканирований в разных режимах с определенным набором предварительно заданных запросов сканирования. Затем эти рабочие процессы сканирования можно будет использовать на всех рабочих станциях.



Сначала определите рабочий процесс сканирования в DTX Studio Core, а затем примените его при работе с мастерами планирования сканирования или захвата изображений.

Определение рабочего процесса сканирования

1. Щелкните по значку  в области уведомлений в нижней части экрана (в верхней части экрана, если вы используете Mac).
2. Нажмите [QuickPrescribe](#). Если вы еще не настроили рабочие процессы сканирования, нажмите [Начать прямо сейчас](#).
3. Завершите настройку рабочего процесса сканирования в DTX Studio Core.
Примечание
В DTX Studio Core нажмите [Справка](#) в левом нижнем углу для получения дополнительных сведений.
4. Выберите рабочий процесс сканирования либо в запросе сканирования, либо в мастере захвата.

Применение рабочего процесса сканирования

Определите рабочий процесс сканирования в DTX Studio Core и выберите его при работе с мастером запроса на сканирование или мастером захвата изображений.

1. Выберите запись в списке Пациенты.
2. Нажмите [Запрос на сканирование](#)  или [Захватить изображение](#) .
3. Нажмите [QuickPrescribe](#).

Примечания

Чтобы сузить результаты, введите рабочий процесс сканирования в поле поиска полностью или частично.

Чтобы увидеть все установленные режимы и параметры, наведите указатель мыши на имя рабочего процесса сканирования в списке. Нажмите [Дополнительная информация](#).

4. Наведите курсор на имя рабочего процесса сканирования в списке и нажмите [Создать запросы на сканирование \(#\)](#). Число указывает количество запросов на сканирование, созданных с помощью выбранного рабочего процесса сканирования.
5. Выберите область, которую необходимо просканировать, на схеме зубов.
6. Нажмите [Создать запросы на сканирование \(#\)](#).

Выполнение сканирования

Выполните сканирование до, во время или после диагностики пациента — с созданием запроса на сканирование или без него.


Пользователям настоятельно рекомендуется следовать инструкциям и техническим уведомлениям программного обеспечения, чтобы снизить риск возникновения неточностей при сканировании.

Запланированное сканирование

Чтобы провести сканирование по созданному запросу, выполните указанные ниже действия.

1. На карточке запроса на сканирование нажмите [Запуск](#).
2. Наведите курсор на плитку устройства и нажмите [Выбрать](#), если применимо.
3. Открывается модуль сканирования или стороннее приложение сканирования.
4. Следуйте инструкциям.
5. Нажмите [Завершить](#), чтобы завершить действие, или нажмите [Открыть диагноз](#), чтобы открыть запись пациента в DTX Studio Clinic.

Выполнение немедленного сканирования

1. Выберите запись пациента на странице DTX Studio Home или откройте запись пациента в DTX Studio Clinic.
2. Нажмите [Создать изображение](#) .
3. Наведите курсор на плитку устройства или назначенной папки и нажмите [Выбрать](#).

Примечания

Интраоральные изображения автоматически поворачиваются в правильную позицию. Чтобы отключить эту функцию, [см. стр. 18](#).

При импорте или получении 2D-изображения значения уровня и ширины окна визуализации устанавливаются автоматически. Чтобы отключить эту функцию, [см. стр. 18](#).

Используйте несколько датчиков с разными размерами, подключая или отключая их во время работы мастера захвата изображений. Используемый датчик отображается в правом верхнем углу*.

Если подключено несколько датчиков, появляется символ «+»*. Все подключенные и активные датчики готовы к сканированию. Рентген запускает получение изображения.

* Для датчиков и сканеров фосфорных пластин, напрямую подключенных к приложению DTX Studio Clinic. Для устройств, подключаемых через TWAIN, эта функция имеет ограничения.

Получение изображений по шаблону с помощью интраоральных датчиков или сканеров фосфорных пластин

Чтобы получить интраоральные изображения с помощью шаблона:

1. Запустите непосредственное сканирование.
2. Откройте вкладку [Шаблон](#) и выберите нужный шаблон.
3. Выберите макет и изображения, которые хотите получить.
4. Нажмите [Запустить](#).
5. Получите снимок с помощью устройства.

6. На странице предварительного просмотра отобразятся полученные изображения. Наведите курсор на изображение для предварительного просмотра, чтобы увидеть дополнительные функции: [Вращать](#), [Перевернуть](#), показать или скрыть [Фильтры изображений](#) и [Захватить повторно](#). При необходимости внесите изменения.
7. Нажмите [Завершить](#).

Свободное получение изображений с помощью интраоральных датчиков или сканеров фосфорных пластин

Чтобы получить интраоральные изображения без использования шаблона:

1. Запустите непосредственное сканирование.
2. Откройте вкладку [Свободный режим](#).
3. Получите снимок с помощью устройства.



Если вы активировали автоматическое обнаружение MagicAssist, выполните следующие действия.

- В правом нижнем углу отображается значок автоматического обнаружения MagicAssist.
- В мастере захвата изображений зубы определяются автоматически. Они отмечены синим цветом. Нажмите на зуб, чтобы снять метку MagicAssist.
- Интраоральные изображения автоматически отображаются на схемах сканирования FMX.
- При необходимости вручную укажите неопознанные изображения на схеме зубов.

Примечание

Автоматическое обнаружение MagicAssist по умолчанию активировано. Его можно отключить в настройках.

4. При необходимости проверьте полученное изображение на странице предварительного просмотра и назначьте диапазон зубов.
 - Нажмите [Отменить выбор](#), чтобы удалить указанные зубы в диапазоне зубов.
 - При необходимости внесите изменения. Наведите курсор на изображение для предварительного просмотра, чтобы увидеть дополнительные функции: [Вращать](#), [Перевернуть](#), показать или скрыть [Фильтры изображений](#) и [Захватить повторно](#).
 - При необходимости поверните или зеркально отразите полученное изображение.

Действие	Значок	Клавиши быстрого доступа
Вращать изображение против часовой стрелки		Alt + или R
Вращать изображение по часовой стрелке		Alt + или Shift + R
Отразить зеркально по горизонтали интраоральное или клиническое изображение		U
Отразить зеркально по вертикали интраоральное или клиническое изображение		Shift + U

Получение изображений по шаблону с помощью интраоральных камер

Чтобы получить изображения с помощью интраоральных камер по шаблону:

1. Запустите непосредственное сканирование.
2. Оставайтесь на вкладке [По шаблону](#).
3. Для интраоральных камер выберите зубы, изображения которых вы хотите получить.
4. Нажмите кнопку на устройстве (при ее наличии) или нажмите [Получить изображение](#).
5. Чтобы выбрать другой зуб, интраоральные изображения которого нужно получить, используйте кнопки на клавиатуре [←](#) или [→](#). Также можно нажать на зуб в диапазоне зубов или использовать кнопки [Предыдущий](#) и [Следующий](#).

Примечание

Если требуется получить только по одному изображению каждого зуба, включите параметр [Переходить к следующему зубу после захвата изображения](#), чтобы автоматически продолжать получение изображения следующего зуба.

6. Нажмите [Завершить](#).

Произвольное получение изображений с помощью интраоральных камер

Чтобы получить изображения с помощью интраоральных камер без использования шаблона:

1. Запустите непосредственное сканирование.
2. Откройте вкладку [Свободный режим](#).
3. Нажмите кнопку на устройстве (при ее наличии) или нажмите [Получить изображение](#).
4. Чтобы привязать полученные изображения к зубу, нажмите на эскиз изображения внизу экрана и выберите соответствующий зуб в диапазоне зубов.


Примечание

Чтобы привязать изображение к нескольким зубам, выберите изображение, нажмите на зуб и перетащите изображение на другие зубы.

5. Нажмите [Завершить](#).

Интраоральное сканирование


Сканер 3Shape TRIOS®

1. Нажмите [Создать изображение](#) .
2. Наведите курсор на плитку интраорального сканера 3Shape и нажмите [Выбрать](#).
3. Запустите сканирование в приложении 3Shape Dental Desktop.
Примечание
Дополнительную информацию о том, как интегрировать интраоральный сканер 3Shape TRIOS, см. в кратком руководстве по приложению DTX Studio Core.
4. Завершите процесс сканирования.
5. Изображение будет добавлено на вкладку [Данные пациента](#) на панели сведений о пациенте.
 - Завершенный запрос на сканирование помечается галочкой.
 - Нажмите [Открыть диагноз](#), чтобы открыть запись пациента в DTX Studio Clinic.

Сканеры DEXIS и Medit

Модуль сканирования* позволяет использовать поддерживаемый интраоральный сканер Medit/DEXIS путем интеграции программного обеспечения Medit Scan или DEXIS IS ScanFlow с DTX Studio Clinic.

Получение данных интраорального сканирования

1. Выберите запись в списке Пациенты.
2. Нажмите [Создать изображение](#) .
3. Наведите курсор на плитку интраорального сканера и нажмите [Выбрать](#).
4. Следуйте инструкциям в модуле сканирования*.
5. Обработанные данные будут добавлены в запись пациента.
6. Если используется ScanFlow и было захвачено несколько моделей окклюзии, щелкните правой кнопкой мыши верхнюю или нижнюю челюсть в DTX Studio Clinic и выберите [Окклюзии](#), чтобы сделать выбор.

Повторный просмотр сканирования

Данные интраорального сканирования, которые были захвачены локально, можно повторно открыть в модуле сканирования*.

Примечание

Эту операцию возможно выполнить только на компьютере, который использовался для получения данных сканирования.

Чтобы повторно открыть модуль сканирования* для редактирования данных сканирования, обрезки, измерения и т. д., выполните указанные ниже действия.

1. В записи пациента нажмите плитку интраорального сканирования.
2. Нажмите [Открыть в Medit Scan](#) или [Редактировать в ScanFlow](#).

* Только для компьютеров с операционной системой Windows и на компьютере, который использовался для получения данных интраорального сканирования и на котором доступна папка с данными сканирования в формате RAW. Требуется лицензия соответствующего типа или подписка на функцию Plus+ для интеграции с Medit Scan или DEXIS IS ScanFlow. Необходимо установить дополнительный программный модуль Medit Scan и DEXIS IS ScanFlow.

Возобновление сканирования с DEXIS IS ScanFlow

Данные интраорального сканирования, которые были захвачены локально, можно повторно открыть в ScanFlow, чтобы отредактировать снимок, сделать дополнительные снимки, обрезать, измерить и т. д.:

1. В записи пациента выберите плитку интраорального сканирования компонента DEXIS IS.
2. Нажмите **■ ■ ■** и выберите [Возобновить в ScanFlow](#).

Включение расширенных функций ScanFlow


Включите расширенные функции ScanFlow, чтобы использовать DEXIS IS 3800 в режиме IO CAM* (интраоральная камера) или импортировать необработанные данные, полученные с помощью устройства DEXIS.

1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home нажмите [DEXIS IS](#).
2. Отключите [Запуск ScanFlow](#) в режиме сканирования.

* Режим IO CAM для редактирования снимков, выполнения дополнительных снимков, обрезки, измерения и т. д. доступен только при наличии лицензии Premium и устройства DEXIS IS 3800.

Постановка диагноза или планирование лечения

Откройте запись пациента в DTX Studio Clinic, чтобы просмотреть и проверить данные пациента, а также добавить выявленные патологические изменения и измерения в запись пациента.

На странице DTX Studio Home выберите пациента в списке [Пациенты](#) и нажмите [Открыть запись пациента](#) . Также можно дважды щелкнуть по имени пациента в списке пациентов или нажать клавишу [O].

В зависимости от типа лицензии DTX Studio Clinic могут быть доступны разные функции:

Тип лицензии	Функции	Получение изображений
DTX Studio Clinic Pro или Pro IOS	2D и 3D	2D и 3D
DTX Studio Clinic Select	2D и отдельные функции просмотра в 3D	только 2D

Структура страницы DTX Studio Clinic



- 1 Меню пациента
- 2 Строка меню
- 3 Панель инструментов
- 4 Рабочая панель
- 5 Рабочая область — SmartLayout
- 6 SmartPanel

Работа с меню пациента

Чтобы открыть меню пациента в DTX Studio Clinic, нажмите  в верхнем левом углу.

Параметры меню

- [Создать](#). Создание нового диагноза.
- [Открыть](#). Открытие другого существующего диагноза.
- [Сохранить](#). Сохранение открытого диагноза.
- [Справка](#). Открытие сайта справочной документации.
- [Обратиться в службу поддержки](#). Открытие сайта с контактной информацией службы поддержки.
- [Обучающие видео](#). Открытие сайта с обучающими видео.
- [Клавиши быстрого доступа](#). Демонстрация списка клавиш быстрого доступа.
- [Обзор программы](#). Открытие обзора программы, который продемонстрирует функциональные возможности DTX Studio Clinic.
- [Настройки](#). Изменение настроек, таких как [Рабочая область по умолчанию](#), [Рабочие параметры](#), [Параметры изображения](#), [Программа для просмотра 3D-изображений](#) и [Инструменты](#).
- [Закреть запись пациента](#). Закрывание окна DTX Studio Clinic.

Действия



- [Захватить изображение](#). Непосредственное получение данных. Либо щелкните по значку  в строке меню.
- [Импорт](#). Импорт данных в открытый диагноз.
- [Экспорт](#). Экспорт данных или отчетов с диагнозом пациента.
- [Совместный доступ](#). Предоставление доступа к 3D-презентации.

Схема зубов

На схеме зубов в меню пациента можно посмотреть статус зубов в открытом диагнозе.








Примечание

Для пациентов младше восьми лет отображается схема молочных зубов. Имейте в виду, что нужно вручную изменить схему на взрослую по мере взросления пациента.

Редактирование схемы зубов









Чтобы внести изменения в схему зубов, щелкните по зубу на схеме и выберите один из указанных ниже параметров.

Значок	Действие	Пояснение
	Заменить	Замена молочного зуба на постоянный. Эта функция доступна, если на месте молочного зуба есть соответствующий постоянный зуб. При замене зуба все заключения диагностики молочного зуба удаляются, а постоянному зубу присваивается статус здорового. Примечание Для пациентов младше восьми лет отображаются молочные зубы.
	Отсутствие с промежутком	Зуб отсутствует, на его месте наблюдается промежуток.
	Ретенированный	Зуб не сможет прорезаться (обычно используется для зубов мудрости).
	Вставить	Позволяет вставить зуб, например постоянный моляр, в ряд молочных зубов.
	Отсутствие без промежутка	Обозначение гиподонтии.

Данные диагноза

Под схемой зубов данные сканирования и изображения для открытого диагноза отображаются по типу данных и сортируются по дате получения. Здесь также отображаются завершенные планы имплантатов.

Щелкните плитку, чтобы включить или исключить данные пациента.

-  3D рентгеновский снимок
-  ОПТГ (Ортопантомограмма)
-  Интраоральные изображения
-  Цефалограмма
-  Клинические изображения
-  Снимки экрана
-  Модель лица
-  Интраоральная модель

Установка фона в программе для просмотра 3D-изображений и интраоральных моделей

1. В окне [Настройки](#) нажмите [Программа для просмотра 3D-изображений](#).
2. Выберите [Сплошной цвет](#).
3. Выберите цвет в раскрывающемся меню или параметр [Пользовательский](#), чтобы выбрать другой цвет.
4. Нажмите [ОК](#).

Установка масштаба изображения по умолчанию

Чтобы установить уровень масштабирования по умолчанию для отображаемых изображений:

1. В окне [Настройки](#) нажмите [Рабочая область](#).
2. В списке [Размер изображения по умолчанию](#) выберите значение увеличения по умолчанию.
3. Нажмите [ОК](#).

Работа в программах для просмотра изображений

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте в программе для просмотра изображений, чтобы получить доступ к основным действиям средства просмотра. Щелкните правой кнопкой мыши объект (например, имплантат, аннотацию, область фокусировки и т. д.), чтобы увидеть, какие возможны действия.

Для взаимодействия с моделью в окнах просмотра можно использовать компьютерную мышь. Чтобы изменить элементы управления средства программы для просмотра 3D-изображений по умолчанию на элементы управления программ DTX Studio Implant или Invivo, перейдите в меню настроек [Программа для просмотра 3D-изображений](#).







	Действие	Окно просмотра 3D-изображений	Другие типы окон просмотра
	Щелчок правой кнопкой мыши	Контекстное меню объектов и программ для просмотра	Контекстное меню объектов и программ для просмотра
	Щелчок правой кнопкой мыши и перетаскивание	Повернуть 3D-модель	Яркость/контрастность (по умолчанию) или увеличение и уменьшение масштаба
	Ctrl + удерживать левую кнопку и перетаскивать или Cmd + удерживать левую кнопку и перетаскивать	Панорамирование	Панорамирование
	Shift + щелчок и перетаскивание	Увеличение или уменьшение масштаба	Увеличение или уменьшение масштаба
	Прокручивание колесика мыши	Увеличение или уменьшение масштаба	Только в программе для просмотра срезов: прокрутка срезов

Рабочие области





Выберите рабочую область на панели выбора рабочей области или используйте соответствующую клавишу быстрого доступа (см. «Учебные ресурсы и обращение в службу поддержки» на [стр. 20](#)).







Примечание

Отображаются только рабочие области, изображения или информация для которых были добавлены в диагноз.

Рабочая область	Описание	Клавиша быстрого доступа
3D-пациент	<p>Для изучения загруженной модели со всех сторон можно использовать функции мыши (см. стр. 40) и клавиши быстрого доступа на клавиатуре. Либо можно использовать значки стандартной клинической проекции.</p> <ul style="list-style-type: none">  Фронтальная  Задняя  Левая боковая  Правая боковая  Краниальная  Каудальная <p>Нажмите F2 еще раз, чтобы перейти в рабочую область интраоральной модели (если доступно).</p>	F2
3D панорамное изображение	3D панорамная рентгенограмма создается на основе загруженной 3D-рентгенограммы.	F3
Зуб	<p>Перейдите к конкретному зубу и сравните все 2D и 3D данные, используя вкладку Макет на панели SmartPanel™. Создайте аннотацию для выбранного зуба (см. стр. 46).</p> <p>С помощью вертикального ползунка в окне просмотра перпендикулярного среза можно вращать срезы вокруг оси вращения зуба. В зависимости от ситуации следующие подсказки среза обозначают его ориентацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оральная/буккальная (O/B); – мезиальная/дистальная (M/D); – левая/правая (L/R). <p>Чтобы скорректировать оси вращения, см. стр. 47.</p> <p>Нажмите F4 еще раз, чтобы перейти в эндодонтическую рабочую область (если доступно).</p>	F4

Рабочая область	Описание	Клавиша быстрого доступа
Эндодонтия	<p>Проведите эндодонтическую диагностику и процедуры для отдельного зуба. Чтобы отобразить пульпу зуба, выберите 3D-визуализацию Эндодонтическая на вкладке SmartPanel™ Программа для просмотра.</p> <p>Примечание</p> <p>Это рабочее пространство доступно при условии загрузки 3D-рентгенограммы и определения аннотаций зубов.</p> <ul style="list-style-type: none"> – В окне просмотра 3D-изображений фокус направлен на интересующий зуб. – Окно просмотра поперечных срезов зуба — это средство просмотра поперечных срезов, которое позволяет отобразить несколько горизонтальных поперечных срезов зуба. – После определения морфологии корня (см. стр. 48) визуализируются корневые каналы. <p>Нажмите клавишу F4 еще раз, чтобы перейти в рабочую область модели зуба (если доступно).</p>	F4
Имплантат	<p>Планируйте и проверяйте имплантаты. Эта рабочая область по умолчанию включает в себя три программы для просмотра: программу просмотра ортопантограммы, связанную с программой просмотра имплантатов, и программу для просмотра поперечных сечений.</p> <p>Перетащите поперечный срез в программу для просмотра ортопантограммы и приведите его в нужную позицию.</p>	F9
3D проверка	<p>Выберите определенную точку за пределами диапазона зуба, чтобы осмотреть его.</p>	Н/Д
ВНЧС	<p>Осмотр головок мыщелков и областей височно-нижнечелюстного сустава.</p>	Н/Д
Интраоральная модель	<p>Осмотрите и сравните интраоральные модели. Нажмите F2 еще раз, чтобы перейти в рабочую область трехмерной модели пациента (если доступно).</p>	F2
ОПТГ	<p>Просмотр двухмерной ОПТГ или многослойных панорамных изображений.</p>	F5


Рабочая область	Описание	Клавиша быстрого доступа
Интраоральные снимки	<p>Просмотр серии интраоральных изображений, например рентгеновских снимков всей полости рта.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Дважды щелкните по изображению, чтобы использовать дополнительные функции рабочей области: фильтры изображений и SmartLayout (см. стр. 45). – Чтобы вернуться к обзору первоначального макета, снова дважды щелкните изображение или нажмите клавишу Esc. – Переключитесь на другое изображение, нажав эскиз в обзоре на вкладке панели SmartPanel™ Макет. Также можно использовать клавиши со стрелками ← ↑ ↓ →. – Несколько изображений можно сложить в одно и то же поле. Нажмите , чтобы показать все изображения, и нажмите , чтобы сравнить их. 	F6
Цефалограмма	<p>Просмотр фронтальной и/или боковой цефалограммы. Используйте инструмент Создать 3D-цефалограмму, чтобы рассчитать цефалограммы на основе загруженной 3D-рентгенограммы, или для импорта 2D-цефалограмм.</p>	F7
Клинические изображения	<p>Просмотр клинических изображений пациента.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Дважды щелкните по изображению, чтобы использовать дополнительные функции рабочей области: фильтры изображений и SmartLayout (см. стр. 45). – Чтобы вернуться к обзору первоначального макета, снова дважды щелкните изображение или нажмите клавишу Esc. – Переключитесь на другое изображение, нажав эскиз в обзоре на вкладке панели SmartPanel™ Макет. Также можно использовать клавиши со стрелками ← ↑ ↓ →. – Несколько изображений можно сложить в одно и то же поле. Нажмите , чтобы показать все изображения, и нажмите , чтобы сравнить их. 	F8

Рабочая область	Описание	Клавиша быстрого доступа
Интраоральные изображения	<p>В целом данная рабочая область близка к области «Клинические изображения», но содержит изображения, полученные с интраоральной камеры. Если зуб выбран на схеме зубов и интраоральная камера используется для получения изображений в рабочей области модели зуба, полученные изображения автоматически привязываются к выбранному зубу, а присвоенные номера зубов отображаются в рабочей области клинических изображений.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Дважды щелкните по изображению, чтобы использовать дополнительные функции рабочей области: фильтры изображений и SmartLayout (см. стр. 45). – Чтобы вернуться к обзору первоначального макета, снова дважды щелкните изображение или нажмите клавишу Esc. – Переключитесь на другое изображение, нажав эскиз в обзоре на вкладке панели SmartPanel™ Макет. Также можно использовать клавиши со стрелками    . – Несколько изображений можно сложить в одно и то же поле. Нажмите , чтобы показать все изображения, и нажмите , чтобы сравнить их. 	Н/Д
Интраоральная камера	Специальная рабочая область для получения изображений с помощью интраоральной камеры.	F10
Последние изображения	В рабочей области «Последние изображения» отображаются все недавно импортированные или полученные изображения. По умолчанию в рабочей области отображаются изображения за последние семь дней. Изменить это можно в настройках DTX Studio Clinic.	F12

Настройка рабочих областей

1. В окне **Настройки** нажмите **Рабочая область**.
2. В списке **Рабочая область по умолчанию** выберите рабочую область, которая будет отображаться по умолчанию при открытии DTX Studio Clinic. Стандартной настройкой является **Самые свежие данные**, рабочая область, связанная с самым последним полученным или импортированным изображением.
3. Также можно изменить количество дней в поле **Последние изображения для изображений**, которые отображаются в рабочей области **Последние изображения** (Последние изображения). Значение по умолчанию — 7.
4. Нажмите **ОК**.


Отображение всей информации о зубах с помощью функции SmartFocus™

Чтобы активировать SmartFocus в поддерживаемом окне просмотра, нажмите пробел. Либо щелкните по значку  в строке меню.

- Щелкните по области зуба, чтобы перейти к рабочей области модели зуба и, при необходимости, загрузить в проекции данные соответствующего зуба.
- Нажмите на участок за пределами диапазона зубов, чтобы перейти к рабочей области 3D-проверки.


Настройка просмотра с помощью SmartLayout™

Настройте рабочую область, добавляя или удаляя программы для просмотра на вкладке SmartPanel™ [Макет](#) и изменяя пропорции окон программы для просмотра.

- Чтобы добавить еще одну программу для просмотра в рабочую область, нажмите на ее плитку на вкладке SmartPanel™ [Макет](#).
- Чтобы удалить программу для просмотра из рабочей области, нажмите на эскиз еще раз.
- Чтобы изменить пропорции окон программы для просмотра, перетащите один из оконных разделителей.
- Чтобы закрыть окно просмотра, щелкните в верхнем левом углу заголовка окна. Нажмите [Заккрыть программу для просмотра](#). Также можно нажать клавишу [Q].
- Чтобы отсортировать изображения по режиму, дате или чтобы выбранные изображения отображались первыми, щелкните раскрывающееся меню [Сортировать по](#) и выберите [По режиму](#), [По дате](#) или [Сначала выбранные](#).
- Чтобы сохранить макет рабочей области, нажмите  рядом с названием рабочей области и выберите [Сохранить макет рабочей области](#). Этот макет установлен в качестве макета по умолчанию для новых диагнозов пациентов. Чтобы сбросить настройки окна просмотра, нажмите [Сбросить рабочую область](#).

Слияние интраоральных моделей с 3D-рентгенограммами

Чтобы объединить интраоральную модель с 3D-рентгенограммой в рабочей области 3D модели пациента:

1. Нажмите [Объединить с 3D-рентгенограммой](#)  в меню инструментов [Интраоральная модель](#).
2. Выберите интраоральную модель и нажмите [Далее](#).
3. При необходимости укажите соответствующие точки и используйте ползунок [Пороговое значение кости](#) для корректировки визуализации.
4. Проверьте совмещение.
5. Нажмите [Завершить](#).



Использование панели эскизов

В нижней части рабочей области интраоральных снимков и рабочей области клинических изображений расположена панель эскизов. Она содержит изображения, добавленные к диагнозу, но не отображаемые в программе для просмотра рабочей области.

- Перетащите изображение с панели эскизов в поле для сравнения.
- Если в поле уже есть изображение, это изображение будет заменено новым, а старое изображение снова добавится на панель эскизов.

Добавление заключений диагностики

На вкладке SmartPanel™ **Выявленные патологические изменения** можно добавлять сведения о патологических изменениях зубов, проблемах челюсти и другие диагностические заключения на уровне зуба.

- Чтобы добавить к зубу заранее определенное диагностическое заключение, нажмите **Добавить заключение**  в меню инструментов **Диагноз** или на вкладке SmartPanel™ **Выявленные патологические изменения**. Также можно добавить снимок экрана, нажав **Снимки экрана**  на патологическом изменении.
- Чтобы удалить выявленное патологическое изменение, наведите на него курсор или выберите его, щелкните значок ******* и выберите **Удалить**.
- Чтобы добавить свое диагностическое заключение, введите имя пользователя в поле поиска и нажмите клавишу Enter или нажмите **Добавить**.
- Если вам нужно назначить статус, нажмите на раскрывающееся меню.

Примечания


В рабочей области модели зуба статус также отображается на схеме зубов.

Если заключение добавляется в рабочую область зуба, то оно добавляется к конкретному зубу.

Если заключение создается в другой рабочей области, нажмите на поле номера зуба и введите номер зуба, чтобы привязать заключение к конкретному зубу.

Схема зубов на панели SmartPanel™

В рабочей области зуба и рабочей области эндодонтического исследования схема зубов отображается над вкладкой SmartPanel™.



- Активный зуб, данные для которого отображаются в рабочей области, выделен зеленым цветом.
- Чтобы выбрать другой зуб, щелкните по нему на схеме зубов.
- Нажмите под схемой зубов **←**, чтобы перейти к предыдущему зубу, или нажмите **→**, чтобы перейти к следующему зубу.
- Зуб, которому присвоен хотя бы один тип данных, обозначается цветным контуром. Цвет зависит от статуса лечения дефекта.

Статус лечения	Цвет	Описание
Состояние	Серый	Дефект не критический, но может потребоваться наблюдение за его развитием через определенное время.
План лечения	Красный	Дефект требует лечения.
Ведение	Оранжевый	Дефект обнаружен на ранней стадии развития и требует наблюдения.
Завершено	Синий	Лечение по этому заключению завершено.

Корректировка срезов

- Переместите срез с помощью прокрутки, перетащив линию среза с помощью мыши. Либо переместите серый ползунок вправо.
- Вращайте срез, перетащив один из его концов. Переместите курсор внутри окна программы для просмотра, чтобы повернуть изображение вокруг центральной точки этого окна просмотра.
- Позиция среза сохраняется.
- Чтобы вернуться к позиции по умолчанию, щелкните правой кнопкой мыши в программе для просмотра срезов и выберите [Сброс оси среза](#).

Обрезка 3D объема

На вкладке SmartPanel™ [Программа для просмотра](#) рабочей области трехмерной модели пациента, зуба и 3D-проверки выберите [Обрезать 3D визуализацию](#), чтобы скрыть часть трехмерного объема и осмотреть определенные области объема.

Использование стоматологических интраоральных камер в рабочих областях

Получайте интраоральные изображения с помощью стоматологической интраоральной USB-камеры непосредственно в рабочей области интраоральной камеры или из другой рабочей области.

1. Откройте вкладку рабочей области [Интраоральная камера](#) или в любой рабочей области, откройте вкладку SmartPanel™ [Камеры](#).
2. При необходимости нажмите на эскиз камеры.
3. Для создания изображения нажмите кнопку на устройстве. Либо нажмите [Захватить изображение](#) внизу страницы.

Инструменты

На панели инструментов находятся инструменты для диагностики, измерения, планирования лечения и редактирования данных сканирования.

Не все инструменты доступны во всех рабочих областях. Недоступные инструменты выделяются серым цветом.



Внимание!

Точность измерения зависит от данных изображения, используемого сканера, параметров получения и калибровки. Измерение не может быть более точным, чем разрешение изображения. Для указанных пользователем точек приложение DTX Studio Clinic показывает значения, округленные до одного знака после запятой.

Нажмите на одну из вкладок панели инструментов, чтобы перейти к базовым инструментам.

Вкладка «Диагностика»



Установка толщины среза для окна просмотра трехмерных срезов. Щелкните по окну программы для просмотра 3D-срезов и перетащите мышью в горизонтальном направлении, чтобы установить толщину рентгеновского снимка. Для завершения щелкните правой кнопкой мыши.

Примечание

Чтобы установить толщину среза по умолчанию, перейдите на вкладку [Параметры изображения](#) в настройках страницы DTX Studio Home или в настройках DTX Studio Clinic. В правом верхнем раскрывающемся меню выберите [3D-срезы](#), [Панорамные изображения](#) или [Зуб](#). Выберите толщину в раскрывающемся меню [Толщина среза](#).



Чтобы задать яркость и контрастность, перетащите мышью в окне программы для просмотра изображений:

- Горизонтально: для изменения контрастности.
- Вертикально: для изменения яркости.

Примечание

Когда инструмент регулировки яркости и контрастности используется с изображениями в оттенках серого, значения уровня и ширины окна визуализации обновляются соответственно.











Увеличьте определенную область изображения (настройка по умолчанию) или сравните примененные фильтры с исходным изображением. Используйте клавиши «минус» и «плюс» (или клавиши Shift + Plus при использовании macOS), чтобы настроить уровень увеличения. Чтобы изменить настройки по умолчанию, перейдите к настройкам DTX Studio Clinic.









Осмотр основного среза при нажатии на 3D-модель.

- Срез отображается в окне для просмотра срезов, которое появляется в виде дополнительного слоя.
- Действующие фильтры изображений и толщина среза также применяются при просмотре срезов.
- Прокрутите, чтобы просмотреть все срезы.
- При проверке основного среза 3D-модель можно вращать.





Вкладка «Диагностика»

-
-  Сделайте снимок экрана. Он добавляется в рабочую область клинических изображений, на вкладку SmartPanel™ [Макет](#) и в данные пациента. Полученный снимок экрана можно добавить в отчет ([см. стр. 46](#)).
-
-  Добавьте заключение на вкладку SmartPanel™ [Выявленные патологические изменения](#).
-
-  Анализ дыхательных путей. Укажите ориентиры, чтобы создать рамку вокруг области интереса. Нажмите [Готово](#). Объем дыхательных путей и зона наибольшего сужения будут отображаться в рабочей области 3D-модели пациента.
-
-  Обозначить канал нерва. Щелкните по первой опорной точке. Затем щелкайте по каждой следующей опорной точке. Для завершения щелкните правой кнопкой мыши.
- Скорректируйте аннотацию корневого канала, перемещая опорные точки в программе для просмотра.
 - Все опорные точки отображаются в виде одной линии на вкладке SmartPanel™ [Аннотация](#).
-
-  Проведите произвольную линию среза в любой программе для просмотра срезов рабочей области 3D-модели пациента (фронтальной/сагиттальной/аксиальной проекции), чтобы создать пользовательский срез для подробного изучения данных КЛК-томографии. Например, для маркировки и осмотра корневых каналов и создания аннотаций.
- Чтобы переместить пользовательский срез, перетащите линию среза с помощью мыши.
 - Чтобы повернуть пользовательский срез, перетащите один из его концов.
-
-  Чтобы определить [морфологию корня](#), укажите контрольные точки в апикальном отделе каждого корневого канала.
1. Прокрутите срезы, чтобы найти оптимальную позицию.
Примечание
При необходимости повторно укажите центр зуба в окне просмотра [Горизонтально](#). Для этого перетащите центр с помощью мыши.
 2. Нажмите на позицию в одном из окон просмотра.
 3. Визуализация корневого канала сразу отобразится в окне просмотра [Корневой канал](#).
 4. Нажмите [Добавить точку](#), чтобы при необходимости добавить новую контрольную точку.
 5. Нажмите [Готово](#).
-
-  Обнаружение областей фокусировки, в которых могут быть выявлены стоматологические патологические изменения. [См. стр. 56](#).
-
-  Игнорируйте обнаруженные области фокусировки.
-




Вкладка «Создать аннотацию»

-  Добавление текста на изображение
-  Нарисуйте сегментированные линии ручкой. Все линии отображаются в виде одной аннотации на вкладке SmartPanel™ [Аннотация](#).
-  Нарисуйте линии свободной формы карандашом.
-  Нарисуйте круг.
-  Нарисуйте стрелку.
-  Выберите толщину линии для аннотации.

Вкладка «Измерение»

-  Измерение значения HU для точки. Щелкните по любой точке в сцене, чтобы измерить HU или значение серого.
-  Измерение линейного расстояния. Щелкните по двум точкам, между которыми необходимо измерить расстояние. Если изображение еще не откалибровано, сначала введите параметр Референтное значение. Калибровочное измерение отобразится в сцене, а калибровочный шаблон будет добавлен на вкладку SmartPanel™ [Аннотация](#).
Появится результат и точность измерений.
-  Измерение сегментов. Щелкните по первой точке. Затем щелкайте по каждой следующей точке. Для завершения щелкните правой кнопкой мыши.
-  Измерение угла. Щелкните три точки.

Вкладка «План»

-  Установить имплантат. Этот инструмент можно использовать в любой рабочей области, содержащей данные КЛК-томографии.
-  Выберите, какие имплантаты могут быть размещены.
-  Добавьте еще один план имплантата. После завершения переключайтесь между планами имплантатов на вкладке SmartPanel™ [План имплантата](#).

Вкладка «3D-рентгенограмма»





Автоматическая настройка данных КЛК-томографии и аннотации нижнечелюстного нерва с помощью алгоритма MagicAssist на основе искусственного интеллекта. Все автоматически обнаруженные точки можно скорректировать вручную.

3D-рентгенограммы, содержащие автоматически обнаруженные атрибуты, обозначаются меткой Auto в правом нижнем углу.



Изменение ориентации модели анатомии пациента. Трехмерную модель анатомии пациента можно ориентировать надлежащим образом путем перемещения и вращения модели в окнах просмотра трехмерных изображений.

1. Щелкните по значку панорамирования , значку вращения  или нажмите клавишу Tab для переключения между режимами вращения и перемещения. Выбранный режим отображается зеленым цветом.
2. Перетаскивайте модель до тех пор, пока она не будет выровнена по опорным линиям.
3. Нажмите **Готово**.



Корректировка кривой ортопантограммы. Укажите точки и зубы по запросу. Когда зубы не видны, прокрутите колесиком мыши или используйте серый ползунок с правой стороны, чтобы откорректировать позицию аксиального среза на плоскость, показывающую постановку зуба (приблизительно сходящуюся с окклюзионной плоскостью).

При необходимости отрегулируйте кривую.

- Перетащите отдельные контрольные точки, чтобы скорректировать форму кривой.
- Щелкните по кривой среза, чтобы добавить новую контрольную точку.
- Щелкните по прилегающей области и перетащите ее, чтобы переместить всю кривую.



Укажите область ВНЧС. Укажите позицию головки мыщелка, как показано в мастере. Нажмите **Готово**. Откроется рабочая область ВНЧС для сравнения положения головок левого и правого мыщелков и исследования височно-нижнечелюстного сустава.



Скорректируйте позиции зубов. Выберите зуб, который необходимо калибровать, на схеме зубов. Перетащите указатель зуба в правильную позицию на аксиальном срезе. Скорректируйте ось зуба по перпендикулярному срезу.



Настройте пороговое значение кости. Для настройки порогового значения кости щелкните по окну программы для просмотра 3D-изображений и перетаскивайте указатель по горизонтали.





Уберите лишние детали с модели анатомии пациента. Щелкните по точке на модели, чтобы начать рисовать участок для удаления. Для подтверждения щелкните правой кнопкой мыши.

Примечание

Чтобы восстановить первоначальную модель анатомии пациента, нажмите ******* рядом с параметром 3D-визуализация на вкладке SmartPanel™ Программа для просмотра. Выберите **Сбросить 3D-модель**.

Вкладка «3D-рентгенограмма»


 Формирование ортопантограммы. Панорамный вид (срез) будет добавлен к данным пациента в виде 2D-изображения. Сгенерированное изображение открывается в рабочей области OPG (Ортопантограмма).

 Создание 3D-цефалограмм на основе импортированной 3D-рентгенограммы.


Вкладка «Интраоральная модель»

 Автоматическая настройка интраоральной модели.


 Совмещение или повторное совмещение интраоральной модели с 3D-рентгенограммой.

 Заполните пропуски* на всех сканах челюсти и диагностических изображениях, которые в настоящее время видны в рабочей области интраоральной модели. Выберите вариант заполнить только небольшие пропуски или заполнить все пропуски. Нажмите [Заполнить отверстия](#). Добавленная текстура будет обозначена синим цветом.

* Только для Windows.

 Сравните интраоральные модели, чтобы отследить рецессию десен, стираемость зубов и другие различия. Выберите интраоральную модель для сравнения с контрольным сканированием. Нажмите [Завершить](#).


По умолчанию применяется цветная карта расстояний. На вкладке SmartPanel™ [Программа для просмотра](#) выберите [Наложение](#), чтобы отобразить две сканограммы, совмещенные друг с другом. Отключите сравнение, выключив переключатель [Сравнение сканов](#).

 Расчет виртуальной постановки зубов с помощью SmartSetup.

Отчеты

Создание отчетов

Чтобы создать отчет с заключениями или для использования в качестве шаблона для писем, связанных с пациентом:

1. В DTX Studio Clinic откройте меню пациента.
2. Нажмите [Экспорт](#)  и выберите [Экспортировать отчет](#).
3. Выберите шаблон отчета.
4. Нажмите [Экспортировать отчет](#).
5. Отчет экспортируется в доступном для редактирования формате .odt и открывается в текстовом редакторе по умолчанию, например Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice Writer.
6. При необходимости внесите любые изменения.
7. Сохраните отчет.

Добавление логотипов клиники

По умолчанию в заголовок отчета добавляется значок DTX Studio Clinic. Чтобы добавить собственный логотип, выполните следующие действия.

1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home нажмите [Общие](#).
2. Нажмите [Обзор](#).
3. Выберите новый логотип.
4. Нажмите [Открыть](#).
5. Нажмите [ОК](#).

Открытие приложения DTX Studio™ Implant

Установка соединения DTX Studio Clinic и DTX Studio Implant


1. На боковой панели [Настройки](#) страницы DTX Studio Home нажмите [DTX Studio Implant](#).
2. Нажмите [Обзор](#), чтобы выбрать на компьютере папку для установки программы DTX Studio Implant.

Примечание

Задайте местоположение данных пациента, если вам необходимо добавить данные пациента к записи пациента в приложении DTX Studio Implant вручную. Это может понадобиться, если в DTX Studio Implant запись пациента уже существует в приложении или если интраоральные модели экспортированы в DTX Studio Implant, но не совмещены с 3D-рентгенограммой.






3. Нажмите [ОК](#).

Запуск приложения DTX Studio Implant

1. Выберите запись в списке Пациенты.
Примечание
У этого пациента должна быть как минимум одна 3D-рентгенограмма.
2. Нажмите **Имплантат** .
3. Выберите действие **Открыть существующую запись пациента** или **Экспорт в новую запись пациента**.
4. Если есть несколько 3D-рентгенограмм, выберите соответствующую плитку.
5. Нажмите **Экспорт**.
6. Появится сообщение об успешном выполнении. Нажмите **OK**.
7. В DTX Studio Implant будет создана и/или открыта запись пациента.

Заказы и совместная работа с партнерами

Заказ плана операции, хирургического шаблона или реставрации

1. Выберите запись в списке Пациенты.
2. Нажмите **Совместная работа** .
3. Наведите курсор на **План операции** , **Хирургический шаблон**  или **Реставрация** .
4. Нажмите **Выбрать**.
5. Выберите данные пациента для отправки в лабораторию или врачу.
6. Нажмите **Продолжить**.
7. В DTX Studio Go будет создан черновик заказа. Добавьте недостающие данные и отправьте заказ в подключенную лабораторию или врачу.
8. Нажмите **Заказы**  на боковой панели, чтобы перейти к обзору всех заказов.


Примечание.

Обратите внимание: определенная продукция, описанная в этом руководстве пользователя, может быть разрешена к применению, представлена или лицензирована для продажи не во всех странах.

Настройка соединения с партнером


Некоторые сторонние партнеры могут предоставлять услуги, напрямую интегрированные в DTX Studio Clinic. Например, вы можете создать заказ в DTX Studio Clinic и отправить его в систему партнера.

Если в вашем регионе доступны поставщики услуг, начните с подключения учетной записи партнера к DTX Studio Go.

1. Нажмите [Совместная работа](#) .
2. Наведите курсор на имя партнера и выберите [Настроить](#).
3. Нажмите [Продолжить](#).
4. Следуйте инструкциям в DTX Studio Go, чтобы завершить установку соединения.

Размещение заказа непосредственно у партнера

Когда учетная запись партнера будет подключена к DTX Studio Go, вы сможете пользоваться его услугами.

1. Нажмите [Совместная работа](#) .
2. Наведите курсор на имя партнера и нажмите [Выбрать](#).
3. Выберите данные пациента, которые вы хотите отправить.
4. Нажмите [Продолжить](#).
5. Будет выполнена загрузка файлов.
6. Продолжайте оформление заказа на сайте партнера.
7. После отправки заказ добавляется в обзор [Заказы](#) в записи пациента.

Просмотр клинического случая партнера или добавление новых данных

1. Выберите запись в списке Пациенты.
2. Откройте вкладку [Заказы](#).
 - Нажмите [Просмотреть клинический случай](#), чтобы открыть клинический случай на сайте партнера.
 - Нажмите [Добавить новые данные](#), чтобы отправить новые данные по клиническому случаю.

Обнаружение области фокусировки

Что такое обнаружение области фокусировки?

DTX Studio Clinic позволяет автоматически определять области фокусировки на 2D интраоральных рентгенограммах (IOR). Устройства захвата IOR могут представлять собой либо цифровые датчики, либо аналоговые сканеры фосфорных пластин.


Обнаружение области фокусировки — это алгоритм на базе ИИ (искусственный интеллект), использующий сверточную нейронную сеть для сегментации изображения с целью обнаружения представляющих интерес областей, в которых могут быть выявлены стоматологические патологические изменения или артефакты. Одобренная область фокусировки автоматически преобразуется в диагностическое заключение для данного пациента.

Поддерживаемые области фокусировки для стоматологических патологических изменений: кариес, апикальное поражение, дефект корневого канала, краевой дефект, потеря костной ткани и зубной камень.

Поддерживаемые зоны фокусировки для артефактов — перекрытия и царапины.

Использование инструмента «Обнаружение области фокусировки»


Когда интраоральные изображения захватываются или импортируются, автоматически запускается определение области фокусировки, чтобы проверить, есть ли на изображениях области, требующие особого внимания. Вы можете увидеть этот процесс по синей линии, движущейся над изображениями.

Если на изображении выявлены потенциальные стоматологические патологические изменения, в верхнем левом углу изображения отображается синий значок **Обнаружение области фокусировки**  и цифра, означающая количество участков стоматологических патологических изменений.

Если на изображении нет синего значка, это означает, что либо не было обнаружено возможных стоматологических патологических изменений, либо изображение не было проверено. Это не означает, что на нем нет потенциальных стоматологических патологических изменений. Эту функцию следует использовать с осторожностью.




Щелкните по изображению, чтобы открыть его. Области фокусировки визуализируются на интраоральных изображениях с помощью аннотаций областей фокусировки. Эти аннотации показывают номер зуба (если он известен) и тип обнаруженного потенциального стоматологического патологического изменения.



Указатель местонахождения потенциальных стоматологических патологических изменений визуализируется при наведении курсора на область фокусировки.

После анализа выберите, следует ли принять потенциальное стоматологическое патологическое изменение, щелкнув левой кнопкой мыши на области фокусировки, либо отклонить его, щелкнув правой кнопкой мыши на области фокусировки.



Если вы решите принять его, область фокусировки станет желтой и автоматически превратится в диагностическое заключение. Оно будет добавлено на вкладку SmartPanel™ [Выявленные патологические изменения](#).


Области фокусировки также перечислены на вкладке SmartPanel™ [Аннотации](#) и могут быть показаны или скрыты с помощью значков видимости функции видимости на SmartPanel™.

Перекрытия и царапины

Инструмент «Обнаружение зоны фокусировки» также проверяет возможное перекрытие нескольких зубов и/или царапины. При обнаружении перекрытий или царапин в правом нижнем углу отображается уведомление.



Нажмите [Просмотреть](#), чтобы просмотреть уведомление.






Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1,
411 17 Göteborg,
Sweden (Швеция)

www.nobelbiocare.com

Дистрибьютер в Австралии:

Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Level 4/7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW 2114
Australia (Австралия)

Тел.: +61 1800 804 597



Представитель/импортер
в Швейцарии:

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
Switzerland (Швейцария)

Дистрибьютер в Новой Зеландии:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105
New Zealand (Новая Зеландия)

Тел.: +64 0800 441 657

Дистрибьютер в Турции:

EOT Dental
Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş
Nişpetiye Mah. Aytar Cad.
Metro İş Merkezi No: 10/7
Beşiktaş İSTANBUL
Телефон: +90 2123614901



ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com